



ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ

Адрес: 454020, г. Челябинск, ул. Энгельса, 101
Телефон, факс: (351) 232-04-01
E-mail: stand@chelcsm.ru www.chelcsm.ru

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
(РОССТАНДАРТ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЦСМ")

ПРИ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ
ПОВЕРКЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВА
ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Регистрационный номер записи в реестре
аккредитованных лиц RA.RU.311503

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № 107/2020

Действительно до
16 марта 2022 г.

Средство измерений

Измеритель адгезии ПСО-МГ4

наименование, тип, модификация средства измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном

модификация ПСО-10МГ4АД № 32173-11

фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской (серийный) номер 1596

в составе -

номер знака предыдущей поверки -

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазонов измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с разделом 4 КБСП. 427128.005 РЭ

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

"Измеритель адгезии ПСО-МГ4. Руководство по эксплуатации"

с применением эталонов: Динамометр электронный растяжения ДМР-1/1МГ4 № 087

регистрационный номер и (или) наименование, тип,

2 разряд

заводской номер, разряд, класс или погрешность эталонов, применяемых при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура воздуха 21,0 °С;

перечень влияющих факторов,

атмосферное давление 98,0 кПа; относительная влажность 40,0 %

нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению

ненужное зачеркнуть

Знак поверки:



Начальник отдела

должность руководителя подразделения
или другого уполномоченного лица

подпись

Куприянова Елена Николаевна

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Поверитель

подпись

Акимов Игорь Геннадьевич

фамилия, имя и отчество (при наличии)

Дата поверки

17 марта 2020 г.